

计量标准考核证书

Certificate for Examination of Measurement Standard

[2020] 深 量 标 深 企 证 字 第 315 号

根据《中华人民共和国计量法》，按照《计量标准考核规范》的要求，考核合格，特发此证。

This is to certify that the measurement standard conforms with the requirements of the "Rule for the Examination of Measurement Standards" according to "the Law on Metrology of the People's Republic of China".

建标单位名称 深圳华星计量检测技术有限公司

Possessor of the Measurement Standard

计量标准名称 工作测力仪检定装置

Name of Measurement Standard

代码 12519006

Code

测量范围 (0.05~10) kN

Measuring Range

不确定度或准确度等级 0.3 级

或最大允许误差

Uncertainty or Accuracy Class or

Maximum Permissible Error

保存地点

Installed in

深圳市宝安区新安街道龙井社
区龙井二路 1 号东江豪苑 801#
力学 8012 室

发证机关 (印章)

The Issuing Authority

发证日期 2020 年 11 月 10 日

Date of Issue

有效期至 2025 年 11 月 09 日

Date of Expiry

000212

计量标准器 Measurement Standard	名称 Name	型号 Model/type	测量范围 Measuring range	不确定度或准确度等级或最大允许误差 Uncertainty / accuracy class / maximum permissible error	制造厂及出厂编号 Manufacturer and Series number
	标准测力仪	DD-1-500N	(50~500) N	0.3 级	西安市帅奇电器有限公司 5K80048/190635
	标准测力仪	DD-1-5kN	(0.05~5) kN	0.3 级	西安市帅奇电器有限公司 84A0722/190635
	标准测力仪	DD-1-10kN	(0.05~10) kN	0.3 级	西安市帅奇电器有限公司 50B4001/190635
主要配套设备 Main Auxiliary Equipment	秒表	PS-1000	(1~3600) S	时间间隔: $t=0.004s$ (1~3600) S $k=2$	PURSUN/ MQ/2668941-1
	温湿度计	WS-1	相对湿度: 40%~80%; 温度: (15.0~30.0) °C	相对湿度 $t=2.0\%$ $k=2$; 温度 $t=0.6\text{°C}$ $k=2$	天津风洋仪器仪表 工贸有限公司 /12264
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
可开展的检定或校准项目 Verification and calibration items	名称 Name	测量范围 Measuring range	不确定度或准确度等级或最大允许误差 Uncertainty / accuracy class / maximum permissible error	依据的计量检定规程或技术规范的代号及名称 Verification regulation or technical specification and its code	
	工作测力仪	(0.05~10) kN	1.0 级及以下	JJG 455-2000 工作测力仪	