

计量标准考核证书

Certificate for Examination of Measurement Standard

[2020] 深 量 标 深 企 证 字 第 328 号

根据《中华人民共和国计量法》，按照《计量标准考核规范》的要求，考核合格，特发此证。

This is to certify that the measurement standard conforms with the requirements of the "Rule for the Examination of Measurement Standards" according to "the Law on Metrology of the People's Republic of China".

建标单位名称 深圳华星计量检测技术有限公司
Possessor of the Measurement Standard

计量标准名称 角度尺检定装置
Name of Measurement Standard
代码 01516200
Code

测量范围
Measuring Range $15^{\circ} 10' \sim 90^{\circ}$

不确定度或准确度等级
或最大允许误差 1 级
Uncertainty or Accuracy Class or
Maximum Permissible Error

保存地点
Installed in

深圳市宝安区新安街道龙井社
区龙井二路1号东江豪苑801长
度精测室 8011A

发证机关 (印章)
The Issuing Authority

发证日期 2020 年 11 月 11 日
Date of Issue

有效期至 2025 年 11 月 10 日
Date of Expiry

000214

计量标准器 Measurement Standard	名称 Name	型号 Model/type	测量范围 Measuring range	不确定度或准确度等级或最大允许误差 Uncertainty / accuracy class / maximum permissible error	制造厂及出厂编号 Manufacturer and Series number
		角度块	(15° 10' ~ 90°) 7 块	15° 10' ~ 90°	1 级
	-	-	-	-	-
主要配套设备 Main Auxiliary Equipment	刀口形直尺	225mm	225mm	$U=0.7 \mu\text{m}, k=2$	成都成量工具集团有限公司 /4306520048
	塞尺	(0.02~1.00) mm	(0.02~1.00) mm	MPE: $\pm 0.016\text{mm}$	沧州市长城量具有限公司/资产编号: HX-L015
	刀口直角尺	(100×63) mm	(100×63) mm	0 级	成都成量工具集团有限公司 /4108520288
	杠杆千分表	(0~0.14) mm	(0~0.14) mm	1 级	日本三丰公司 /ZRW639
	大量程百分表	(0~30) mm	(0~30) mm	$U=3 \mu\text{m} k=2$	日本三丰公司 /ZYJ429
	平板	(600×400) mm	(600×400) mm	0 级	未标明 /001
	表面粗糙度比较样块	Ra (0.012~6.3) μm	Ra (0.012~6.3) μm	$U=6.0\%, k=2$	哈尔滨量具刀具集团有限公司 /1368
	标准水银温度计	(0~50) °C	(0~50) °C	$U=0.03^\circ\text{C}, k=2$	未标明 /2-266
	温湿度计	WSB-1-H2	相对湿度: (40~80)%	$U=2.0\%, k=2$	郑州博洋仪器仪表有限公司/ 出厂编号: BY12040602
可开展的检定或校准项目 Verification and calibration items	名称 Name	测量范围 Measuring range		不确定度或准确度等级或最大允许误差 Uncertainty / accuracy class / maximum permissible error	依据的计量检定规程或技术规范的代号及名称 Verification regulation or technical specification and its code
	万能角度尺	(0~320)°		MPE: $\pm (2\sim5)'$	JJG33-2002 万能角度尺