

计量标准考核证书

Certificate for Examination of Measurement Standard

[2020] 深 量标 深企 证字 第 329 号

根据《中华人民共和国计量法》，按照《计量标准考核规范》的要求，考核合格，特发此证。

This is to certify that the measurement standard conforms with the requirements of the "Rule for the Examination of Measurement Standards" according to "the Law on Metrology of the People's Republic of China".

建标单位名称 深圳华星计量检测技术有限公司

Possessor of the Measurement Standard

计量标准名称 四等量块标准装置

Name of Measurement Standard

代码 01313344

Code

测量范围 (0.5~100) mm

Measuring Range

不确定度或准确度等级 4等

或最大允许误差

Uncertainty or Accuracy Class or

Maximum Permissible Error

保存地点

Installed in

深圳市宝安区新安街道龙井社
区龙井二路1号东江豪苑801长
度精测室8011A

发证机关(印章)

The Issuing Authority

发证日期 2020年11月11日

Date of Issue

有效期至 2025年11月10日

Date of Expiry

000215

计量标准器 Measurement Standard	名称 Name	型号 Model/type	测量范围 Measuring range	不确定度或准确度等级或最大允许误差 Uncertainty / accuracy class / maximum permissible error	制造厂及出厂编号 Manufacturer and Series number
	量块	(0.5100) mm	(0.5~100) mm	3 等	成都成量工具集团有限公司 / 81039
	量块	(5.12~100) mm	(5.12~100) mm	4 等	成都成量工具集团有限公司 / 83481
	量块	(1~100) mm	(1~100) mm	3 等	成都成量工具集团有限公司 / 83378
	接触式干涉仪	JDS-1	(0~150) mm	MPE: ±(0.03+1.5niΔλ/λ) μm	上海东风光学仪器厂 / 73122
主要配套设备 Main Auxiliary Equipment	平面平晶	φ100mm	0.03μm	1 级	未标明 / 93019
	标准水银温度计	(0~50) °C	(0~50) °C	U=0.03°C, k=2	未标明 / 2-266
	温湿度计	WSB-1-H2	温度: (+10~+30) °C 湿度: (10~95)%	MPE: 温度: ±0.5°C (+10~+30) °C); 湿度: ±5%	郑州博洋仪器仪表有限公司 / 出厂编号: BY12040602
	-	-	-	-	-
可开展的检定或校准项目 Verification and calibration items	名称 Name	测量范围 Measuring range	不确定度或准确度等级或最大允许误差 Uncertainty / accuracy class / maximum permissible error	依据的计量检定规程或技术规范的代号及名称 Verification regulation or technical specification and its code	
	量块	(0.5~100) mm	5 等	JJG146—2011 量块	